

### BIJLAGE III

De volgende instrumenten en de installaties moeten in iedere apotheek op elk ogenblik aanwezig zijn:

- een verwarmingsapparaat dat kan dienen als warmwaterbad, waarop een roerder kan aangebracht worden ;
- een stel van 6 porseleinen of metalen schalen ;
- 3 glazen schalen ;
- 2 officinale druppeltellers ;
- 2 zeven in zijdedraad of metaaldraad, met een opening van 0,15 mm en 0,30 mm ;
- een stel van drie trechters ;
- flessen in wit glas en bruin glas, druppeltellerflesjes, druppelbuisjes, zalfpotjes, dozen, gelatinecapsulen, enz. en in het algemeen, al de recipiënten voor de bewaring en de aflevering van de geneesmiddelen ;
- een stel maatcilinders van 10 tot 1000 ml;
- een passend stel gladde porseleinen vijzels met aangepaste stampers ;
- een vorm voor zetpillen voor zuigelingen, kinderen en volwassenen ;
- wit filtreerpapier ;
- een stel pipetten van 1 tot 10 ml, geijkt op 1/10 ml ;
- een stel van 6 spatels ;
- een thermometer van -10°C tot 110°C, geijkt in graden ;
- een reeks bekeerglazen van 50 tot 1000 ml ;
- 5 steriele flesjes en 5 steriele filters voor oogdruppels ;
- pH indicatorpapier met een resolutie van een halve eenheid ;
- een stel gepaste vormen voor het afvullen van capsules ;
- een toestel voor het vullen van zalf tubes ;
- een driewalsmolen voor zalven ;
- een ruimte met een gecontroleerde temperatuur van 2°C tot 8°C ;
- een zalfplaat ;
- een homogenisator die tenminste 30 ml kan homogeniseren;
- één of meerdere weegschalen om op een adequate manier alle wegingen voor de bereidingen in de apotheek uit te voeren, volgens de toepasbare reglementering;
- per type weegschaal, ten minste 1 erkend ijkgewicht, aangepast aan de capaciteit van de weegschaal, met nauwkeurigheidsklasse F1 per weegschaal;
- een glazen roerstaaf ;
- ten minste één conische kolf van 250 ml.

Indien in de apotheek steriele bereidingen met uitzondering filtreerbare wateroplossingen worden gemaakt moet tevens een werkbank met laminaire flux aanwezig zijn.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 januari 2009

Van Koningswege:  
De Minister van Volksgezondheid,

LAURETTE ONKELINX